

Surgistool

De ideale
stoel voor chirurgen



De aanpasbare zitconfiguraties en volledig verstelbare rug- en arMLEUNINGEN van de Surgistool bieden een steun die precies kan worden afgestemd op uw voorkeuren. De combinatie van superieure pedaalbediening en het stabiele en mobiele ontwerp geeft u een ergonomische houding.



Druppelvormige zitting



Wigvormige zitting



Zadelzitting (optie)

Superieure controle en pedaalbediening door **drie-assige basis**

Zitting in schuimstof met twee dichtheidsgraden en verstelbare rugsteun voor maximale ondersteuning

De optionele beklede arMLEUNINGEN bieden flexibele positionering en stabiliteit

Talrijke configuratiemogelijkheden voor comfort op maat

Surgistool



Druppelvormige zitting



Wigvormige zitting



Zadelzitting (optie)

Standaard kenmerken

- Verstelbare voorgevormde rugsteun
- Zitting in schuimstof met twee dichtheidsgraden (uitgezonderd optie zadelzitting)
- Voetbediende hydraulische basis met drie assen
- Vergrendelingssysteem aan de voorzijde
- Thermogevormde kunststof bekleding
- Druppel- of wigvormige zitting

Optionele kenmerken

- 2 inch (5 cm) tussenstuk voor hogere instelling
- Zadelzitting
- Verstelbare arMLEuning

Specificaties

Modelnummer	830	
Gewichtsbelasting	136 kg	(300 pond)
Hoogtebereik		
Hoog	72 cm	(28,5 inch)
Laag	53 cm	(21 inch)
Hoogtebereik met tussenstuk voor hogere instelling		
Hoog	77 cm	(30,5 inch)
Laag	58 cm	(23 inch)
Vorm van de zitting	Druppel	
	Wig	
	Zadel	

Stryker behoudt zich het recht voor de specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Dit document is uitsluitend bestemd voor professionals in de gezondheidszorg.

Een chirurg dient altijd af te gaan op zijn of haar eigen professioneel klinisch oordeel voor de beslissing om een bepaald product al dan niet te gebruiken voor een bepaalde patiënt. Stryker verstrekt geen medische raad en adviseert dat chirurgen opgeleid worden in het gebruik van een bepaald product alvorens het te gebruiken voor chirurgie.

De verstrekte informatie is bedoeld om het volledige assortiment van Stryker te presenteren. Chirurgen moeten altijd de productbijsluiters, het productlabel en/of de gebruiksaanwijzing raadplegen alvorens een product van Stryker te gebruiken.

Sommige producten zijn mogelijk niet verkrijgbaar op alle markten omdat de verkrijgbaarheid kan afhangen van de toezichhoudende en/of medische praktijken op de verschillende markten. Neem contact op met uw Stryker-vertegenwoordiger als u vragen hebt over de verkrijgbaarheid van Stryker-producten in uw regio.

Stryker Corporation of zijn afdelingen of andere gelieerde entiteiten bezitten, gebruiken of hebben een aanvraag ingediend voor het volgende handels- of dienstmerk: **Surgistool, Stryker**. Alle andere handelsmerken zijn handelsmerken van hun respectieve eigenaars of houders.

De hier opgesomde producten bezitten de CE-markering conform de Richtlijn 93/42/EEG betreffende Medische Hulpmiddelen.

